

(調達様式第7号)

令和2年8月19日

長崎県医療政策課長

印

質問への回答書

貴殿より質問のありました 2入札第90・91・92・93号 サージカルマスク
(共通的な質問)につきまして、下記のとおり回答します。

記

〔質問〕

- ① サージカルマスクの滅菌処理は必要ですか。
- ② サージカルマスクは血液不浸透性試験が必要ですか。必要な場合の条件 (mmHg) はありますか。
- ③ サージカルマスクの使用先はどのような部門になりますか。(手術用、医療現場用、一般事務所用など)

〔回答〕

- ① 医療用などの滅菌処理は想定しておりません。仕様書のとおり 50 枚/箱で内包が密封されているものであれば、一般的なサージカルマスクで問題ありません。
- ② 必須事項として血液不浸透性試験は、付していません。
- ③ コロナ感染症防止対策として、検査機関や医療機関に配布予定ではありますが、手術用としての使用は想定しておりません。

(注) 購入請求課の回答欄は、質問者名及び特定される品名等の記載をしないで作成して下さい。