

(調達様式第7号)

令和5年11月16日

長崎県教育環境整備課長



質問への回答書

貴殿より質問のありました 5入札第 106 号 ビッカース硬さ試験機 につきまして、下記のとおり回答します。

記

[質問]

要求仕様「㊦試料最大奥行が 160mm 以上であること」に対し弊社製は 115mm となります。115mm でも問題ないかご確認願います。

要求仕様「㊥試料最大高が 120mm 以上であること」に対し弊社製は 115mm となります。115mm でも問題ないかご確認願います。

もしご了承いただけない場合はその理由を教えてください。

[回答]

様々な試料、様々な大きさの試料を試験するにあたって、必要最低限の試料最大高が 120 mm であること及び試料最大奥行が 160 mm あることが最低限必要です。

また、実習を行う上で、試料が小さすぎると生徒たちが試料を扱いにくくなり試料の破損や事故の原因となることから試料最大高が 120 mm であること及び試料最大奥行が 160 mm あることを必要としております。

ご質問の㊦試料最大奥行 115mm、㊥試料最大高 115mm については要求仕様を満たしていないため、承認できません。